

单一来源采购专业人员论证意见	
采购单位	温县人民医院
项目名称	温县人民医院双源 CT 及 3.0T 核磁共振设备维保服务项目
项目背景	西门子双源CT和3.0T磁共振是我院2025年购买的先进影像检查设备，该设备构造精密，结构复杂，操作不当极易对设备造成不可逆转的损坏，要保证设备的各项功能均处于原厂设计状态，必须有原厂培训合格的工程师以及原厂研发的维修软件、工具、方法流程等原厂独有的综合维修能力，否则无法达到该设备设计的功能预期，也无法保证设备使用的安全性、合法性等要求，且其他设备制造商或供应商无法满足西门子医疗设备系统安全升级及售后服务的一致性。 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条，北京普爱斯特科技发展有限公司是西门子医疗系统有限公司针对本项目唯一授权经销商，拟定北京普爱斯特科技发展有限公司为本次单一来源采购供应商，服务期限确定为三年。 综上所述，采用原厂维保的单一来源方式采购。
专家1论证意见	为保证设备的正常运行，保证其安全性和影像质量，建议由原厂授权原厂维修经销商进行维保服务，以单一来源方式进行采购。 专家姓名：裴清山 职称：主任 工作单位：温县人民医院
专家2论证意见	为保证原设备的使用安全性，售后服务的配套性和一致性，符合单一来源采购要求，建议按单一来源采购方式进行采购。 专家姓名：许阳迪 职称：中級 工作单位：温县人民医院

专家3论证意见	为保证现使用设备售后服务、维修配件的配套性和一致性,建议采用单一来源方式采购。 专家姓名: 申启东 职称: 中级 工作单位: 焦作市人民医院
专家4论证意见	符合单一来源采购要求,采购理由充分,建议采用单一来源方式采购。 专家姓名: 陈真 职称: 中级 工作单位: 焦作市五官医院
专家5论证意见	该设备已于2025年购买使用,要保证设备的各项功能均处于原厂设计状态,必须由制造商指定的售后服务。建议采用单一来源方式采购。 专家姓名: 李东升 职称: 中级 工作单位: 焦作市第二人民医院

温县人民医院双源CT及3.0T核磁共振设备维保服务项目论证签到表

2026 年 8 月 31 日

序号	姓名	单位	专家类型	职称	电话
1	裴清山	卫辉市人民医院	技术	中级	13849526169
2	许昭旭	焦作市第五人民医院	技术	中级	13939168816
3	申启东	焦作市人民医院	技术	中级	15839158118
4	陈心立	焦作市五官医院	技术	中级	13939136431
5	李东升	焦作市阳光公司	法律	中级	13939107272