

进口设备论证专家签到表

项目名称：温县人民医院神经功能测试系统采购项目

设备名称：神经功能测试系统

采购单位：温县人民医院

论证时间：2025年3月19日16时00分(北京时间)



| 姓名 | 工作单位        | 技术职务 | 手机号码        | 身份证证号              | 备注 |
|----|-------------|------|-------------|--------------------|----|
| 李军 | 温县人民医院      | 主任   | 13726501644 | 4610519820201232   |    |
| 何立 | 河南省中医院      | 主任   | 13653710772 | 410105197106038438 |    |
| 李亚 | 南京二大医院      | 主任   | 15837126119 | 410105196308201046 |    |
| 王亚 | 郑州市第七人民医院   | 主任   | 1512669655  | 410104196510235047 |    |
| 马晓 | 河南亚太人健康事业有限 | 主任   | 13903864416 | 4610519820201232   |    |

## 政府采购进口产品专家论证意见

### 一、基本情况

|            |                    |
|------------|--------------------|
| 申请单位       | 温县人民医院             |
| 拟采购产品名称    | 神经功能测试系统           |
| 拟采购产品金额    | 65 万               |
| 采购项目所属项目名称 | 温县人民医院神经功能测试系统采购项目 |
| 采购项目所属项目金额 | 65 万元              |

### 二、申请理由

☐ 1. 中国境内无法获取:

☐ 2. 无法以合理的商业条件获取:

☒ 3. 其他.

原因阐述: 1. 目前国内设备只是针对电刺激神经、监测肌电图信号, 监测项目过少, 而且不具备同时监测脑电图、肌电图、诱发电位、麻醉深度等监测项目, 这些项目监测都是神经外科临床的必备监测项目, 对于儿童手术方面的安全性和准确性有着更高的要求; 2. 根据成人、小儿(含婴儿)的临床检查需求, 为定位功能区、致痫灶脑电图的监测、肿瘤的边界定位、脑瘫离断后的监测、面瘫神经监测需要在诊疗治疗中使用神经监测系统, 进行

EEG, SEP, TcMEP, MEP, VEP, TOF 等电生理项目监测, 客观的、有效地估价处于治疗危险状态下病人神经功能的完整性, 尽可能早的发现和辨明由于治疗过程中造成的神经损害, 并迅速纠正损害的原因, 避免永久性的神经损伤。

目前国产品牌的同类设备无法同时满足以上技术要求, 为了满足临床业务发展需求, 故申请采购进口术中神经功能测试系统。

### 三、专家论证意见

拟进口设备不属于《中国禁止进口、限制进口目录》中的禁止、限制进口产品, 不违背国家法律强制性规定, 符合技术需求论证意见, 符合进口产品相关法律法规、政策、规定, 同意采购进口产品。

专家签字:

王以明

2025年3月19日