

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	息县人民医院
拟采购产品名称	高清腹腔镜系统项目
拟采购产品金额	168.6万元
采购项目所属项目名称	息县人民医院肿瘤早治中心医疗能力提升--高清腹腔镜系统项目
采购项目所属项目金额	168.6万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其它：	
原因阐述： 1、目前微创治疗用高精端腹腔镜设备中，主要以进口腹腔镜设备为主，因微创手术的特殊性，一旦腔内出血严重，无治疗视野，瞬间将造成严重的医疗事故，目前市场上的国产品牌尚无法同时达到以上功能与技术水平，稳定性、安全性、先进性等方面与进口产品尚有一定差距，不能满足临床、科研及教学方面的实际工作要求，同时该产品不属于《中国禁止进口限制进口产品目录》中禁止或限制进口产品。 2、进口腹腔镜设备性能稳定、图像清晰度高、颜色不失真、立体感强、操作便捷。国产设备清晰度低、图像偏暗费眼、颜色不真实，特别是在出血情况下无法分辨组织间隙，容易造成误操作、误损伤，腹腔镜代表着临床医生的双眼，国产设备看不清楚、看不真实无法满足手术使用。 3、进口腹腔镜设备的主机、摄像头、光源、气腹机四个核心机器都具备最高的电气安全CF级别I类防护：这类级别防护可应用于心胸外科、房颤与佩戴心脏起搏器的患者（胸腔距离心脏部位较近），而国产只有局部配件机才能达到。	

三、专家论证意见

目前微创治疗用高精端腹腔镜设备的使用主要以进口腹腔镜为主。因为进口腹腔镜设备性能稳定、图像清晰度高、颜色不失真、立体感强、操作便捷。国产腹腔镜设备图像清晰较低、颜色有时不真实，造成了临床使用的稳定性和安全性的不足。根据临床治疗的需要，建议购置进口微创治疗用高精端腹腔镜设备。

专家签字：魏红亮

2024年10月27日