

## 政府采购进口产品专家论证意见

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 一、基本情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
| 申请单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 息县人民医院                        |
| 拟采购产品名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 高清腹腔镜系统项目                     |
| 拟采购产品金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 168.6万元                       |
| 采购项目所属项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 息县人民医院肿瘤早治中心医疗能力提升--高清腹腔镜系统项目 |
| 采购项目所属项目金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 168.6万元                       |
| 二、申请理由                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
| <input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |
| <input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3. 其它：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |
| <p>原因阐述：</p> <p>1、目前微创治疗用高精端腹腔镜设备中，主要以进口腹腔镜设备为主，因微创手术的特殊性，一旦腔内出血严重，无治疗视野，瞬间将造成严重的医疗事故，目前市场上的国产品牌尚无法同时达到以上功能与技术水平，稳定性、安全性、先进性等方面与进口产品尚有一定差距，不能满足临床、科研及教学方面的实际工作要求，同时该产品不属于《中国禁止进口限制进口产品目录》中禁止或限制进口产品。</p> <p>2、进口腹腔镜设备性能稳定、图像清晰度高、颜色不失真、立体感强、操作便捷。国产设备清晰度低、图像偏暗费眼、颜色不真实，特别是在出血情况下无法分辨组织间隙，容易造成误操作、误损伤，腹腔镜代表着临床医生的双眼，国产设备看不清楚、看不真实无法满足手术使用。</p> <p>3、进口腹腔镜设备的主机、摄像头、光源、气腹机四个核心机器都具备最高的电气安全CF级别I类防护：这类级别防护可应用于心胸外科、房颤与佩戴心脏起搏器的患者（胸腔距离心脏部位较近），而国产只有局部配件机才能达到。</p> |                               |

### 三、专家论证意见

目前高压隔膜泵气系统进口产品与国内同类产品相比具有技术水平高、稳定性及可靠性优于国产。在做创研中进口产品视野广、操作简便，又能使操作者能达到国内产品所达不到的层面。进口产品因经济渐落后，失复小，气体感强，不易造成误操作、误报警。基于上述各种原因，建议进口设备。

专家签字：

周以

2024年10月22日